						SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL	
	<u>FICHA TÉCNICA – LIFE 1095</u>					SGA	SGS
							X
DOCUMENTO	FECHA ORIGEN	FECHA EMISIÓN	FECHA ACT.	ACTUALIZACION	VIGENCIA DESDE	PAGINA	
PD-CAL-002-1	15/08/2009	12/05/2010	12/09/2010	2	12/09/2010	1 DE 3	

FICHA TÉCNICA




1. Referencias del respirador:

REFERENCIA	PRESENTACIÓN
Life1095	Respirador Color Blanco

2. Identificación y empaque:

	Marquillado	Empaque
Función:	Permite identificar el lote para realizar trazabilidad del producto, la referencia del respirador y el número único de identificación de NIOSH TC 84A-5350 garantía de la certificación.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Empaque Individual. ✓ Empaque de 25 unidades ✓ Caja Máster 2.000 und Peso: 21 Kg Medias: 56 cm x 50cm x 61cm

						SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL		
	FICHA TÉCNICA – LIFE 1095					SGA	SGS	SGC
							X	
DOCUMENTO	FECHA ORIGEN	FECHA EMISIÓN	FECHA ACT.	ACTUALIZACION	VIGENCIA DESDE	PAGINA		
PD-CAL-002-1	15/08/2009	12/05/2010	12/09/2010	2	12/09/2010	2 DE 3		

3. Empaque individual

La presentación en empaque individual con cierre hermético trae impresa la información del uso y la verificación de ajuste para capacitar al usuario la forma correcta de uso del respirador antes de exponerse al riesgo.

INSTRUCCIONES



Instrucciones de Ajuste a seguir cada vez que use el respirador:

1. Sostenga el respirador en la mano, permitiendo que las bandas para la cabeza cuelguen libremente debajo de sus manos.



2. Coloque el respirador cómodamente debajo de su barbilla y contra el puente de la nariz.



3. Tire de la banda superior sobre su cabeza, colocándola en la corona de su cabeza. Tire de la banda inferior sobre su cabeza y colóquela debajo de las orejas.



4. Con las dos manos, moldee el clip nasal a la forma de la nariz y la zona de las mejillas. Apretarlo con una sola mano puede causar un mal ajuste, lo cual reduce la eficacia de desempeño del respirador.



5. VERIFICACION DE AJUSTE: Coloque ambas manos sobre el respirador. Inhale con fuerza. Tenga cuidado de no alterar la posición del respirador. Se debe sentir una presión negativa (la máscara tiende al colapso). Si no, o si hay fugas de aire alrededor de los bordes del respirador, vuelva a colocar el respirador y a ajustar las bandas a la cabeza para un mejor ajuste. Si no es posible sellar adecuadamente el Respirador con las manos y no puede conseguir un ajuste adecuado, NO UTILICE ESTE RESPIRADOR.



APROBADO NIOSH

**LIFE 1095 - N95
TC 84A-5350**


PRECAUCION



Esta mascarilla ayuda a proteger contra ciertas partículas. El uso incorrecto puede causar enfermedad o muerte. "Véase la etiqueta de aprobación NIOSH para más información." Para uso profesional de este respirador como parte de un programa de respiradores de OSHA, cada individuo debe pasar una prueba de ajuste cualitativa o cuantitativa.

4. Componentes y funciones del respirador:

Componente	Banda de Ajuste x 2	Filtro:	Capa de tela interna y externa	Interlon:	Lámina Galvanizada
FUNCION:	Garantiza el balance en la cabeza y eficiencia en la protección de partículas suspendida. Se utilizan elásticos con un porcentaje de algodón para garantizar la comodidad.	Medio Filtrante electrostático de alta especificación para retención superior al 95% de partículas suspendidas en el aire de concentraciones < 10 TLV	Garantiza la contextura y presentación del respirador, este material es hipoalergenico no causa irritación al contacto con la piel y provee una sensación de suavidad y comodidad.	Garantiza la contextura y cuerpo del respirador lo hace rígido y proporciona de igual forma un material adicional de protección.	Garantiza ajuste en la parte superior del respirador sobre la nariz del usuario, evita la penetración de polvos permite la horma a la nariguera, es interna para evitar riesgo de desprendimiento.

					SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL		
	FICHA TÉCNICA – LIFE 1095				SGA	SGS	SGC
						X	
DOCUMENTO	FECHA ORIGEN	FECHA EMISIÓN	FECHA ACT.	ACTUALIZACION	VIGENCIA DESDE	PAGINA	
PD-CAL-002-1	15/08/2009	12/05/2010	12/09/2010	2	12/09/2010	3 DE 3	

5. Normas referenciadas en la fabricación de respiradores *:

NORMA	NOMBRE	OBJETIVO
42 CFR Parte 84 Dispositivos de Protección Respiratoria	DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS del Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional - NIOSH Título 42 del Código de Regulaciones Federales, Parte 84	Certificar el nivel de retención de la respiración: N-95 Filtro de partículas (95%) (nivel de eficiencia del filtro) Eficaz contra los aerosoles de partículas libres de aceite, las restricciones de uso en el tiempo
NORMA TECNICA COLOMBIANA (NTC) 3852	"Higiene y seguridad: criterio para selección y uso de equipo de protección respiratoria parte 2. Equipos de protección respiratoria contra partículas"	Establece requisitos de materiales, limpieza y desinfección, simulación de uso, resistencia a temperatura, penetración, resistencia a la respiración, inflamabilidad; arnés de la cabeza, conectores, válvulas de exhalación, marquillado y rotulado.

FIN DEL DOCUMENTO